

รายละเอียดแนบท้ายใบรับรองห้องปฏิบัติการสอบเทียบ
ใบรับรองเลขที่ 18C085/0531

ชื่อห้องปฏิบัติการ บริษัท สยามคาลิเบรชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
ที่อยู่ เลขที่ 206/10, 206/11 หมู่ที่ 1 ตำบลสิงห์หม้อ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
หมายเลขการรับรองที่ สอบเทียบ 0326
สถานภาพห้องปฏิบัติการ ถาวร นอกสถานที่ ชั่วคราว เคลื่อนที่

สาขาการสอบเทียบ	รายการสอบเทียบ	ขีดความสามารถของการสอบเทียบและการวัด*	วิธีการสอบเทียบ
1. มิติ	Vernier, dial and digital caliper for external measurement 0 mm to 300 mm	15 μ m	JIS B 7507
	Micrometer caliper for external measurement 0 mm to 25 mm	1.5 μ m	JIS B 7502
2. กลศาสตร์	Torque wrench for clockwise direction Type II (class A, B and G) 10 N·m to 800 N·m	1.2 %	ISO 6789

* ค่าความไม่แน่นอน (\pm) ที่ระดับความเชื่อมั่นประมาณ 95 %

รายละเอียดแนบท้ายใบรับรองห้องปฏิบัติการสอบเทียบ
ที่ 18C085/0531

หมายเลขการรับรองที่ สอบเทียบ 0326

สถานภาพห้องปฏิบัติการ ถาวร นอกสถานที่ ชั่วคราว เคลื่อนที่

สาขาการสอบเทียบ	รายการสอบเทียบ	ขีดความสามารถของการสอบเทียบและการวัด*	วิธีการสอบเทียบ
2. กลศาสตร์ (ต่อ)	Pressure measuring instrument Hydraulic type 0 MPa to 2 MPa > 2 MPa to 7 MPa > 7 MPa to 35 MPa > 35 MPa to 70 MPa	6.9 kPa 57 kPa 0.33 MPa 0.41 MPa	DKD R6-1 pressure medium : oil

* ค่าความไม่แน่นอน (\pm) ที่ระดับความเชื่อมั่นประมาณ 95 %

ออกให้ ณ วันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. 2561

ลงชื่อ

(นายวันชัย พนมชัย)

รองเลขาธิการ รักษาราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม